



Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

Wrocław, 03.04.2025 r.

Nr pisma R/DYF/DZZ/SZP/242-072/2025/508/ST

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **SZP/242-072/2025:**

Dostawa wielofotonowego układu optycznego dla Instytutu Materiałów Zaawansowanych

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

1. Aktualny zapis Wzór Umowy § 8:

Kary umowne

1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 9 Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- a) w przypadku niezrealizowania dostawy wynikającej z Umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1, 1 kara umowna wynosi 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn;
- c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w § 7 ust. 5, kara umowna wynosi 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn;
- d) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 10 ust. 7 kara umowna wynosi 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn.

Proszę o zmianę na:

zapis Wzór Umowy § 8:

Kary umowne

1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 9 Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- a) w przypadku niezrealizowania dostawy wynikającej z Umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1, 1 kara umowna wynosi 0,5 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn , **jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1;**
- c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w § 7 ust. 5, kara umowna wynosi 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, **jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1;** wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn;
- d) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 10 ust. 7 kara umowna wynosi 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn, **jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1.**



Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Smoluchowskiego 19
50-370 Wrocław
Budynek A-5, pokój 409

T: +48 71 320 31 45

bzp@pwr.edu.pl
www.przetargi.pwr.edu.pl

www.pwr.edu.pl

REGON: 00001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434



Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia zapis Umowy poprzez dodanie do § 8 ust 1 lit. a), c), d) zapisu „**jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1.**

Jednocześnie Zamawiający dodaje w § 8 ust 1 lit. e) o następującym brzmieniu "e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę sprzętu/modułu/podzespołu zastępczego, mającego co najmniej takie same parametry i pozwalającego na zachowanie 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu w trybie określonym w §10 ust.8 kara umowna wynosi, 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od jego przyczyn, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 4 ust. 1."

Zamawiający zmienia wzór umowy. Nowy aktualny plik: SZP_242-034_2025 zał. 2 UMOWA_WZOR_ wersja 2 zał.

Pytanie 2:

2. Aktualny zapis wzór Umowy § 10

Gwarancja i serwis gwarancyjny

5. Czas Reakcji na zgłoszenie serwisowe, rozumiany jako okres pomiędzy wystaniem przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego, a momentem potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia serwisowego, będzie wynosić maksymalnie 48 godziny w dni robocze.

7. Czas Naprawy w rozumieniu przyjętym w ust. 6 niniejszego paragrafu wynosi maksymalnie 21 dni roboczych, licząc od momentu wysłania faksem zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego.

8. W przypadku niedokonania naprawy Sprzętu w czasie określonym w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu/modułu/podzespołu zastępczego, mającego co najmniej takie same parametry i pozwalającego na zachowanie 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu.

Proszę o zmianę na:

zapis wzór Umowy § 10

Gwarancja i serwis gwarancyjny

5. Czas Reakcji na zgłoszenie serwisowe, rozumiany jako okres pomiędzy wystaniem przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego, a momentem potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia serwisowego, będzie wynosić maksymalnie **72** godziny w dni robocze.

7. Czas Naprawy w rozumieniu przyjętym w ust. 6 niniejszego paragrafu wynosi maksymalnie 21 dni roboczych, licząc od momentu wysłania faksem zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego **lub w terminie ustalonym przez strony w przypadku konieczności naprawy poza miejscem instalacji.**

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Umowy w § 10 ust. 5 i 7.

Poza tym Zamawiający w § 10 usunął zapisy o możliwości zgłaszania awarii faksem lub telefonicznie.

Zamawiający zmienia wzór umowy. Nowy aktualny plik: SZP_242-034_2025 zał 2 UMOWA_WZOR_ wersja 2 zał.

Pytanie 3

Pytanie dotyczy Załącznika nr 3 Opisu przedmiotu zamówienia p.1.7.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wartości parametru: wartość prąd ciemny /piksel/sekundę nie więcej niż 0,0006?



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Smoluchowskiego 19
50-370 Wrocław
Budynek A-5, pokój 409

T: +48 71 320 31 45

bzp@pwr.edu.pl
www.przetargi.pwr.edu.pl

www.pwr.edu.pl

REGON: 00001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434



Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak. Zamawiający zmienia treść w Załączniku 3 w pkt. 1. 7 Detektor CCD:

z: Wartość prąd ciemny /piksel/sekundę nie więcej niż 0,00006

na: **Wartość prąd ciemny /piksel/sekundę nie więcej niż 0,0006**

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

*Dyrektor
Działu Zakupów i Zamówień
Publicznych*



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Wrocławska

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Smoluchowskiego 19
50-370 Wrocław
Budynek A-5, pokój 409

T: +48 71 320 31 45

bzp@pwr.edu.pl
www.przetargi.pwr.edu.pl

www.pwr.edu.pl

REGON: 00001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434